

**AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS DE ITENS PARTICIPANTES DA LICITAÇÃO DE
MATERIAIS DE PROCEDIMENTO DE ENFERMAGEM PARA O
MUNICÍPIO DE ALFREDO WAGNER.**

Para julgamento das amostras enviadas pelos candidatos a licitantes, reuniu-se a comissão formada por THAIS DE OLIVEIRA FARIA, enfermeira, MARINA WERLICH SCHMITZ JOCHEM, enfermeira, FRANCISCO VANDERLEI DE SOUZA, médico e DEBORA APARECIDA DOS SANTOS, técnica em enfermagem, nomeados pela Portaria de nº 219/2019, relativo ao Pregão nº 4/2019, do Fundo Municipal de Saúde de Alfredo Wagner, que avaliaram as características técnicas e de manuseio, a fim de selecionar os itens apropriados ao uso nas Unidades Básicas de Saúde do Município e emitir os pareceres correspondentes.

Os produtos avaliados e aprovados pela comissão foram:

- Item 23 – Atadura de Crepom 10x1,80 18 fios – **BIOTEXTIL, BRISTOL/MEDIHOUSE;**
- Item 24 – Atadura de Crepom 12x1,80 18 fios – **BIOTEXTIL, BRISTOL/MEDIHOUSE;**
- Item 25 – Atadura de Crepom 15x1,80 18 fios – **BIOTEXTIL, BRISTOL/MEDIHOUSE;**
- Item 26 – Atadura de Crepom 20x1,80 18 fios – **BIOTEXTIL, BRISTOL/MEDIHOUSE;**
- Item 27 – Atadura de Crepom 30x1,80 18 fios – **BIOTEXTIL, BRISTOL/MEDIHOUSE;**
- Item 28 – Atadura de Crepom 6x1,80 18 fios – **BIOTEXTIL, BRISTOL/MEDIHOUSE;**
- Item 29 – Atadura de Crepom 8x1,80 18 fios – **BIOTEXTIL, BRISTOL/MEDIHOUSE;**
- Item 40 – Cateter Nasal Tipo Óculos Adulto – **BIOSANI, BIOBASE;**
- Item 41 – Cateter Nasal Tipo Óculos Infantil – **BIOSANI;**
- Item 52 – Compressa de Gaze Hidrofila 7,5 x 7,5cm – **MEDIHOUSE, MELHORMED, BIOTEXTIL;**
- Item 67 – Equipo para soluções Parenterais – **DESCARPACK, TKL;**
- Item 73 – Esparadrapo 10cm x 4,5m – **MISSNER;**
- Item 74 – Esparadrapo Fita Hipoalérgica Microporoso 2,5cm x 10m – **COPERTINA, MISSNER;**
- Item 75 – Esparadrapo Fita Hipoalérgica Microporoso 5,0cm x 10m – **COPERTINA, MISSNER;**
- Item 140 – Luva de Procedimento Grande – **MEDIX, SUPERMAX, UNIGLOVES;**
- Item 141 – Luva de Procedimento Médio – **MEDIX, SUPERMAX, UNIGLOVES;**
- Item 142 – Luva de Procedimento Pequena – **MEDIX, UNIGLOVES;**
- Item 144 – Máscara de O² Adulto com Reservatório – **MD;**
- Item 145 – Máscara de O² Infantil com Reservatório – **MD;**

Alfredo Wagner (SC), 29 de julho de 2019.

Thais O. Faria
Enfermeira
COREN-SC 112072

THAIS DE OLIVEIRA FARIA


FRANCISCO VANDERLEI DE SOUZA


MARINA WERLICH SCHMITZ JOCHEM

Debora Ap. dos Santos
DEBORA APARECIDA DOS SANTOS

**PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS DE ITENS
PARTICIPANTES DA LICITAÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTO DE
ENFERMAGEM PARA O MUNICÍPIO DE ALFREDO WAGNER.**

Para julgamento das amostras enviadas pelos candidatos a licitantes, reuniu-se a comissão formada por THAIS DE OLIVEIRA FARIA, enfermeira, MARINA WERLICH SCHMITZ JOCHEM, enfermeira, FRANCISCO VANDERLEI DE SOUZA, médico e DEBORA APARECIDA DOS SANTOS, técnica em enfermagem, nomeados pela Portaria de nº 219/2019, relativo ao Pregão nº 4/2019, do Fundo Municipal de Saúde de Alfredo Wagner, vem através deste, manifestar-se em relação à amostra enviada pela empresa PROHOSPITAL SUL Comércio de Materiais Médicos e Odontológicos EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 05.077.346/0001-01, conforme decisão abaixo:

- A desclassificação do Item:

*Item 23 – Atadura de Crepom 10x1,80 18 fios, da marca BRUNA/MEDIHOUSE;
Item 24 – Atadura de Crepom 12x1,80 18 fios, da marca BRUNA/MEDIHOUSE;
Item 25 – Atadura de Crepom 15x1,80 18 fios, da marca BRUNA/MEDIHOUSE;
Item 26 – Atadura de Crepom 20x1,80 18 fios, da marca BRUNA/MEDIHOUSE;
Item 27 – Atadura de Crepom 30x1,80 18 fios, da marca BRUNA/MEDIHOUSE;
Item 28 – Atadura de Crepom 6x1,80 18 fios, da marca BRUNA/MEDIHOUSE;
Item 29 – Atadura de Crepom 8x1,80 18 fios, da marca BRUNA/MEDIHOUSE;*

se deu por conta de as amostras estarem em inconformidade com o edital, haja visto as mesmas terem sido enviadas com densidades de 13 fios/cm², e os referidos itens tem por especificação densidades de 18 fios/cm². As referidas amostras não condizem com o solicitado.

Alfredo Wagner (SC), 29 de julho de 2019.

Thais O. Faria
Enfermeira
COREN-SC 112072
Thais O. Faria

THAIS DE OLIVEIRA FARIA

Francisco Vanderlei de Souza

FRANCISCO VANDERLEI DE SOUZA

Marina Werlich Schmitz Jochem

MARINA WERLICH SCHMITZ JOCHEM

Debora Aparecida dos Santos

DEBORA APARECIDA DOS SANTOS

PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS DE ITENS PARTICIPANTES DA LICITAÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTO DE ENFERMAGEM PARA O MUNICÍPIO DE ALFREDO WAGNER.


Para julgamento das amostras enviadas pelos candidatos a licitantes, reuniu-se a comissão formada por THAIS DE OLIVEIRA FARIA, enfermeira, MARINA WERLICH SCHMITZ JOCHEM, enfermeira, FRANCISCO VANDERLEI DE SOUZA, médico e DEBORA APARECIDA DOS SANTOS, técnica em enfermagem, nomeados pela Portaria de nº 219/2019, relativo ao Pregão nº 4/2019, do Fundo Municipal de Saúde de Alfredo Wagner, vem através deste, manifestar-se em relação à amostra enviada pela empresa METROMED Com. de Material Médico Hospitalar LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 83.157.032/0001-22, conforme decisão abaixo:

- A desclassificação do Item:

Item 27 – Atadura de Crepom 30x1,80 18 fios, da marca Melhormed;

se deu por conta de a amostra estar em inconformidade com o edital, haja visto a mesma ter sido enviada com densidade de 13 fios/cm², e o item 27 tem por especificação uma densidade de 18 fios/cm². A referida amostra não condiz com o solicitado.

Alfredo Wagner (SC), 29 de julho de 2019.

Thais O. Faria
Enfermeira
COREN-SC 112072


THAIS DE OLIVEIRA FARIA



FRANCISCO VANDERLEI DE SOUZA



MARINA WERLICH SCHMITZ JOCHEM

Débora Ap. dos Santos

DEBORA APARECIDA DOS SANTOS